

ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора	Ф6ДПЗ.11-4/1 Протокол результатов исследования ОК (МСИ)	Издание 1
		Страница 1 из 2

ПРОТОКОЛ

результатов лабораторного исследования образца для контроля ОК 4А04/22

Название и адрес ИЛ – участника МСИ:

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе; Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пер. Школьный, дом 7.

Наименование лаборатории: Санитарно-гигиеническая лаборатория ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе.

Номер и срок действия аттестата аккредитации ИЛ (для аккредитованных лабораторий): РОСС.RU.0001.512085 от 11.09.2013

Телефон, факс, e-mail: Тел/факс: 8 (383-59) 23-180, телефон: 8 (383-59) 23-880, E-mail: ordgigiena@bk.ru

Дата получения образца «09» 03 2022 г.

Дата начала исследования «18» 03 2022 г.

Дата окончания исследования «18» 03 2022 г.

Шифр ОК	Показатель, единицы измерения	Результат измерения	Погрешность измерения		Принцип метода и НД на МВИ
			%	мг/дм ³	
1	2	3	4	5	6
ОК 4А04/22	Нитраты, мг/дм ³	36,0	15	5,4	Фотометрический ГОСТ 33045-2014 (метод Д)

ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора	Ф6ДПЗ.11-4/1 Протокол результатов исследования ОК (МСИ)	Издание 1 Страница 2 из 2
--------------------------------	---	------------------------------

Дополнительные сведения _____

Руководитель лаборатории Дятлова Е.А.

Исполнители Дятлова Е.А.



Дата выдачи протокола « 23 » марта 2022 г.

