

ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора	ФБДПЗ.11-4/1 Протокол результатов исследования ОК (МСИ)	Издание 2
		Страница 1 из 1

ПРОТОКОЛ
результатов лабораторного исследования образца для контроля
ОК 2В04/22

Название и адрес ИЛ – участника МСИ:

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе; Новосибирская область Ордынский район, р.п. Ордынское, пер. Школьный, дом 7.

Наименование лаборатории: Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе.

Наличие аттестата аккредитации ИЛ (для аккредитованных лабораторий):
РОСС.RU.0001/512085 от 11.09.2013

Телефон, факс, e-mail: Тел/факс: 8 (383-59) 23-180, телефон: 8 (383-59) 23-880,
E-mail: ordgigiena@bk.ru

Дата получения образца «23» 06 2022 г.

Дата начала исследования «04» 07 2022 г.

Дата окончания исследования «04» 07 2022 г.

Шифр ОК	Показатель, единицы измерения	Результат измерения	Погрешность измерения		Принцип метода и НД на МВИ
			%	мг/дм ³	
1	2	3	4	5	6
ОК 2В04/22	Кадмий, мг/дм ³	0,0011	30	0,00033	Инверсионная вольтамперметрия ГОСТ 31866-2012

Дополнительные сведения: _____

Исполнители

Омелечко Ю.С.

Дата выдачи протокола

« 05 » июля 2022 г.

